

Catálogo: K094-1

COLINESTERASE

Nº de Testes: 100

Versão: 05/04/2020

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

	A25
GERAL	
Nome	COLINESTERASE
Tipo de Amostra	SORO
Modo de Análise	Cinético - Birreag
Unidades	U/L
Tipo de Reação	Decrescente
Nº de Replicatas	1
Decimais	1
PROCEDIMENTO	
Leitura	Monocromática
Principal	405
Referência	
Amostra	5
Reagente 01	200
Reagente 02	50
Lavagem	1,2
Leitura 01	180s Ciclo 13
Leitura 02	360s Ciclo 25
Reagente 2	135s Ciclo 10
Fator de Pré-diluição	NÃO
Pré diluição pelo analisador	
Pré diluição pelo usuario	
Fator de pós diluição reduzido	1/2
Fator de pós diluição aumentado	1/2
Repetição Automática	SIM
CALIBRAÇÃO	
Tipo de Calibração	Calibrador Múltiplo
Replicatas do Calibrador	2
Replicatas do Branco	1
Concentração	Biocal
CONTROLES	
Nº de Controles	2
Replicatas do Controle	1
Critério de Rejeição	3s
Tipo de Controle	Múltiplo
Modo de Cálculo	Manual
Controle 1	Biocontrol N
Controle 2	Biocontrol P
OPÇÕES	
Branco só com Reagente	NÃO
Branco com solução salina	NÃO
Limite de absorção do branco	
Limite do Branco Cinético	
Limite de Linearidade	25000
Limite de Detecção	50
Efeito prozona	
Função slope	
Substrato esgotado	
Limite do Fator	
Faixa de referência	3930 - 11500
Faixa de repetição	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.