

Catálogo: K031

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de testes: 1250

Versão: 20/11/2018 | Cód.: 00

Observações: APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

Nome do teste

PROTEÍNAS TOTAIS

Tipo

SORO

Ativo

Sim

Amostra

Volume

4.0

Dil

0

µL

Fator de diluição

1

Reagentes

Volume R1

200

Dil

0

µL

DO mín

DO máx

Volume R2

0

Dil

0

µL

Mín.

-2.0000

Máx.

2.5000

Comp. de onda

Pri

546

Seg

No

Limite da DO dos reagentes

R1 mín.

-2.0000

R1 máx

2.5000

R2 mín.

-2.0000

R2 máx

2.5000

Declive da reação

+

Limites de Linearidade

Mín

0.0

Máx

12.0

Intervalo de leitura-1

Início

0

Fim

27

Fator de correlação

Intervalo de leitura-2

Início

Fim

A

1.000000

B

0.000000

Tolerância

%

Estabilidade a bordo

00 Days

Há período intestável?

No

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. (Calibração: AB - Fórmula: Y = AX +B)  
Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.