Bioclin · QUIBASA

PARÂMETROS PARA PROGRAMAÇÃO

BA 400 - BioSystems

Catálogo: K088-27	LDL DIRETO	Nº de testes: 200	Versão: 07/11/2018

Observações: Cód.: 00

Os reagentes 1 e 2 são prontos para uso.

PREPARO DO CALIBRADOR (REAGENTE Nº 3) _ APRESENTAÇÃO 27:
Abrir cuidadosamente o frasco e adicionar exatamente 5 mL de água destilada. Homogeneizar e deixar em repouso por 30 minutos. Evite a formação de espuma e que o material fique aderido à parede do frasco. Estável por 1 semana entre 2 e 8ºC.

Name: LDL Direto

Short Name: LDL

Sample Type	Analysis Mode	Unit	Decimals	No Replicates
Serum	Differential	mg/dL	2	1

Predilution Factor

Reaction Type	Report's Name
Increasing	

Predilution Mode: 1/ Diluent:

Reading Mode	Main Filter	Reference Filter
Monochromatic	546 nm	-

Automatic Repetition

Post Dilution Factor: 1/

Increased: X

Volumes

Sample	Vol. R1	Vol. R2
2 µL	150 µL	50 µL

Times

	(S)	Cycle
Reading 1:	270	30
Reading 2:	495	55

Calibration and Curve Values

Number of Calibrators: 1

N	Concentration	Factor
1	#	-

Name: Biocal - K072 Lot: -

Expiration: -

Blank Mode

Blank Type: Blank with Reagent

Blank Replicate: 1

Calibration Mode

Factor x

Experimental Calibrator

Use Alternative Calibrator

Calibrator Replicates: 1

Calibration Curve

Increasing Decreasing

Linearity Limit: 998

Detection Limit: 5.6

Reference Ranges

	Min Value	Max Value
Normality	0	100

X-Asis: Y-Asis:

Notas: A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 (Calibrador – Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.