Bioclin · QUIBASA

PARÂMETROS PARA PROGRAMAÇÃO

BA 400 - BioSystems

Catálogo: K224	FOSFATASE ALCALINA IFCC	Nº de testes: 500	Versão: 29/10/2020

Observações: Cód.: 00

Os reagente são prontos para uso.

Name: Fosfatase Alcalina IFCC

Short Name: FAL

Sample Type	Analysis Mode	Unit	Decimals	No Replicates
Serum	Birreag. Kinetic	U/L	2	1

Predilution Factor

Reaction Type	Report's Name
Increasing	

Predilution Mode: 1/ Diluent:

Reading Mode	Main Filter	Reference Filter
Monochromatic	405	-

Automatic Repetition

Post Dilution Factor 1/

Volumes

Sample	Vol. R1	Vol. R2
4 µL	160 µL	40 µL

Times

	(S)	Cycle
Reading 1:	360	40
Reading 2:	495	55

Increased X

Calibration and Curve Values

Number of Calibrators: 1

N	Concentration	Factor
1	#	-

Name: Biocal - K072 Lot: -

Expiration: -

Blank Mode

Blank Type: Blank with Distilled Water

Blank Replicate: 1

Calibration Mode

- Factor x
- Experimental Calibrator
- Use Alternative Calibrator

Calibrator Replicates: 1

Calibration Curve

- Increasing
- Decreasing

Linearity Limit: 1500

Detection Limit: 2.5

Reference Ranges

	Min Value	Max Value
Normality	27	100

X-Asis: Y-Asis:

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.