

Catálogo: K048-6

TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA

Nº de Testes: 500

Versão: 02/06/2021

Cód.: 00

## APRESENTAÇÃO:

### K048-6

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso.

### Designations

Name	AST - TGO	Code	TGO	Type	Cinética	Group	Cl. Chem.
------	-----------	------	-----	------	----------	-------	-----------

#### 1 - Pipeting

Reagent 1 ID	TGO-1
Reag 1 bottle	Small
Reagent 2 ID	TGO-2
Reag 2 bottle	Small

	1st		2nd	
Sample vol	20	µL		µL
Reagent 1 vol	160	µL		
Reagent 2 vol		µL	40	µL
Diluent vol	0	µL		

#### 2 - Time

Incubation 1	180	sec
Incubation 2	36	sec
Reading	180	sec

#### 3 - Wavelengths

Wavelength 1	340	nm
Wavelength 2	-	nm

#### 4 - Washing

Needle	1
Cuvette	1

#### 5 - Incompatibility

1		
2		
3		
4		

#### 6 - Limits

Blank OD min	-0,1	Abs
Blank OD max	2,5	Abs
Reaction Slope	Negative	Abs
OD Range min	-1	Abs
OD Range max	2,5	Abs

#### 7 - Autodilution

Rate	0
Max OD	0

#### 8 - Dilutions

Serum	1:1	1:2	1:4
	1:10	1:40	1:100
Urine	1:1	1:2	1:4
	1:10	1:40	1:100

#### 9 - Pathological ranges

Minimum	Sample Type	Maximum

#### 10 - Result Units

Units 1	U/L
Units 2	-

Conversion	0
Decimal Digits	2

Min Conc	0	U/L
Max Conc	400	U/L

Calibração: Linear 2 Pontos.

Nível 1 = Água (0 U/L)

Nível 2 = Biocal (# U/L)

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.

**NÚMERO DE TESTES CALCULADO NÃO CONTEMPLA O VOLUME MORTO DO EQUIPAMENTO**