

Catálogo: K048-6

TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA

Nº de Testes: 333

Versão: 30/01/2017

Cód.: 00

K048-6

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

Geral	
Nome	TGO
Marca	Bioclin
Tipo	Cinética
C.O. Principal (nm)	340
C.O. Bicromático	0
Unidade	U/L
Decimal	2
-	-
Dispensado	
Vol. Amostra ( µl )	30
Vol. R1 ( µl )	240
Vol. R2 ( µl )	60
T. Disp. Reag. 2 (Seg.)	60
-	-
Índice de Deterioração do Reagente	
Min.. (Abs)	0
Max. (Abs)	3.5
Intervalo de Verificação	16hs
-	-
Fator	
Método Decrescente	Yes
Fator	No
Calibrador	Yes
Concentração Cal	*Biocal
Fator	-
Interpolação	Linear
Valores Referência	
Idade Max.	**
Idade Min.	**
Sexo	Qualquer
Valor Max.	10,0
Valor Min.	39,0

Especiais	
Opções do Tipo de Método	
T. BDT	20
T. Início da Leitura	60
T. Final da Leitura	180
Nº de Leituras	4
Consumo Inicial	0.22
Linearidade	0.9
Repetição	-
Limite Linear	400
Avançadas	
Gap Ar Inicial	2 µl
Veloc. Gap Inicial	500
Gap. Separação Reat/Amostra	2 µl
Veloc. Gap Sep. Reat/Amostra	500
Veloc. Aspiração R1 + Amostra	2500
R2 Veloc. de Dispensação	2500
R1 Veloc. de Aspiração	2000
R2 Veloc. de Aspiração	2000
Diluir com	Amostra
Vol. Mín. Amostra	2 µl
Veloc. Asp. Amostra	500
Volume Extra	0 µl
Homogeneização	1
Lavagens para Evitar Interferentes	
Lavagens por Auto Interferência	0
Solução de Limpez. Auto Interf.	--
Tempo de Lavag. de Auto Interf.	0
Método	Lavagens
1	0
2	0
3	0

A Bioclin recomenda o uso do [Biocal – K072](#) como Calibrador e o [Biocontrol N - K073](#) e [Biocontrol P – K074](#) para Controle Interno de Qualidade.