

Catálogo: K069

CK MB UV

Nº de Testes: 50

Versão: 01/11/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K069

Reagente Nº 1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Enzima - Substrato – 1 x 10 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar 4 partes do Reagente Nº1 com 1 (uma) parte do Reagente Nº2. Estável durante 1 dia nas temperaturas de 15 a 30°C e 15 dias de 2 a 8°C.

MODO	CINÉTICO
NOME	CK MB
PRI	340
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	U/L
RE	300
INT	180
BR	NÃO
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	0.0
VR. AL	25.0
PAD	NÃO
FATOR	8254
DO INICIAL	0.650
DELTA MÁX	0.200
CONF: LIN. REAG.	600.0

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.