

Catálogo: K117-1

TRIGLICERIDES MONOREAGENTE

Nº de Testes: 500

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K117-1

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Full Name	TRIGLICÉRIDES	Test N°	#
Unit	mg/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	End Point	
Blank	R. Blank	
Test Time	300	320 Sec

WAVELENGTH (nm)

WL1	510
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL

Sample	2.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	0.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	0.0	150.0	Female	0.0	150.0
------	-----	-------	--------	-----	-------

LIMITED RANGE

Linear Range	2.6	900.0	mg/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0	0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.